



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Производственное унитарное предприятие «Завод СВТ»,
место нахождения: Республика Беларусь, 220005, город Минск, проспект Независимости, дом 58,
корпус 30, комната 801;

зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за № 190737825;

тел.: +375 17 293 94 68, адрес электронной почты: info@zsvt.ru.

в лице директора Миклашевича Валентина Альфредовича

заявляет, что вольтметр универсальный цифровой В7-40/1,

иготовитель: производственное унитарное предприятие «Завод СВТ»;

место нахождения: Республика Беларусь, 220005, город Минск, проспект Независимости, дом 58,
корпус 30, комната 801;

технические условия Тг2.710.016 ТУ «Вольтметры цифровые универсальные В7-40, В7-40/1,
В7-40/2, В7-40/3, В7-40/4, В7-40/5»;

код ТН ВЭД ЕАЭС 9030 33 910 0;

серийный выпуск,

соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности
низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) и «Электромагнитная совместимость
технических средств» (ТР ТС 020/2011).

Декларация о соответствии принята на основании:

- протоколов испытаний №45-08/0867-1-2016 от 12.05.2016, №43-08/0867-2-2016 от 18.05.2016,
№43-08/0867-3-2016 от 18.05.2016, №45-03/1048-12-2016 от 10.01.2017 выданных научно-
исследовательским испытательным центром средств измерений и техники Республиканского
унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат
аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0025.

Схема декларирования 3д.

Дополнительная информация:

- стандарты: ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001) Безопасность электрического оборудования
для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования;

СТБ ГОСТ Р 51522-2001 (МЭК 61326-1:1997) Совместимость технических средств
электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного
применения;

- условия хранения для отапливаемого хранилища: температура окружающего воздуха от 5 до
40 °С, относительная влажность окружающего воздуха до 80 % при температуре 25 °С; для
неотапливаемого хранилища: температура окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 °С,
относительная влажность окружающего воздуха до 98 % при температуре 25 °С без конденсации
влаги; срок сохраняемости должен быть не менее 10 лет для отапливаемых хранилищ или 5 лет
для неотапливаемых хранилищ при хранении вольтметров в герметичной упаковке.

- гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 60
месяцев с даты изготовления, срок службы – 10 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.05.2022 включительно.



Миклашевич Валентин Альфредович
(Ф.И.О. заявителя)