

УТВЕРЖДАЮ  
Врид начальника ФГБУ «ГНМЦ»  
Министерства обороны  
Российской Федерации



\_\_\_\_\_ Т.Ф.Мамлеев

\_\_\_\_\_ 2020 г.

### Экспертное заключение

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Главный научный метрологический центр» Министерства обороны Российской Федерации провело экспертизу документации и материалов испытаний средства измерений военного назначения – вольтметров универсальных цифровых В7-40/1.

Испытания проведены НИЦИСИиТ БелГИМ, г.Минск.

Результаты испытаний положительные.

Заявка на проведение испытаний содержит необходимую информацию.

Характер производства средства измерений военного назначения – серийное.

Сведения о программном обеспечении: идентификационное наименование V7\_40\_1.bin.

Программа испытаний согласована с заявителем и утверждена НИЦИСИиТ БелГИМ 13.09.2016.

Содержание и объем испытаний, методы (методики) измерений, условия проведения испытаний, алгоритмы обработки полученных при испытаниях результатов, эталоны и испытательное оборудование, предусмотренные программой испытаний, являются достаточными для определения заявленных характеристик средства измерений военного назначения.

Протоколы испытаний отражают результаты работ, предусмотренных программой испытаний.

Методика поверки соответствует требованиям РМГ 51-2002 «ГСИ. Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения».

Сведения о возможности поверки средств измерений военного назначения метрологическими воинскими частями и подразделениями Вооруженных Сил: возможна сокращенная поверка.

Описание типа соответствует приказу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 3 февраля 2015 № 164 «Об утверждении формы свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или средств измерений» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 апреля 2015 г., регистрационный № 36900).