



**Устройство для проверки: тестеров УЗО, измерителей петли фаза-ноль, измерителей сопротивления изоляции 6280 TB
STANDARD ELECTRIC WOKRS Co., Ltd.**

- **4 в 1:** УЗО, сопротивление изоляции, петли тока, сопротивление цепи
- Проверка тестеров УЗО: время отключения 150 и 30 мс
- Проверка измерителей сопротивления изоляции до 99 МОм
- Проверка измерителей петли: 0,45 ... 0,55 Ом; 1,35 ... 1,65 Ом
- Проверка измерителей сопротивления цепи до 10 МОм

6280 TB

Технические данные:

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЯ		
ТЕСТ УЗО	Начальное значение дифф. тока	10 мА	30 мА	150 мА
	Время отключения	150 мс	150 мс	30 мс
	Погрешность уст. времени отключения		+/- 10%	
	Начальная фаза теста	Выбирается вручную: 0° или 180°		
ТЕСТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ	Диапазон	1 МОм	9,9 МОм	99 МОм
	Тестовое напряжение	100 В	500 В	1 кВ
	Погрешность уст. сопротив.	± 1%		
ТЕСТ ПЕТЛИ Ф-Н	Диапазон сопротив. петли	Петля фаза-ноль		Петля фаза-ноль + 1 МОм
	Погрешность	+/- 5% (0,45 ... 0,55 Ом)		+/- 5% (1,35 ... 1,65 Ом)
ТЕСТ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЦЕПИ	Диапазон сопротивлений	0,5 Ом	2 Ом	10 Ом
	Погрешность уст. споротив.	± 2%		