



Измерители температуры и влажности цифровые Center 315, 316

Center Technology Corp.

- Измерение температуры -20...60 °C; -4...140 °F
- Измерение влажности 0...100%
- Высокое разрешение (0,1 %; 0,1 °C/ 0,1 °F)
- Измерение min/max значений
- Удержание показаний
- Δ - измерения (CENTER-315)
- Измерения точки росы и температуры влажного термометра (CENTER-316)
- Автовыключение питания

CENTER-315

| ТТД НОРМИРУЮТСЯ ПРИ: (23 ± 5) °C, ОТН. ВЛАЖНОСТЬ ≤ 80% | | CENTER 315 | CENTER 316 |
|---|---------------------------------|--|------------|
| ТЕМПЕРАТУРА (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДАТЧИК) | Диапазон измерений | -20...60 °C; -4...140 °F | |
| | Погрешность | ± 0,8 °C; ± 1,6 °F | |
| | Макс. разрешение | 0,1 °C; 0,1 °F | |
| ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ | Диапазон измерений | 0...100 % | |
| | Погрешность | ± 3,0 % | |
| | Макс. разрешение | 0,1 % | |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Измерительный вход | 1 вход | |
| | Цифровая шкала | 2 шкалы; 4 разряда | |
| | Интерфейс | Нет | |
| | Объем регистратора | Нет | |
| | Интервалы регистрации | Нет | |
| | Время установления | Температура: 10 с; влажность: 180 с | |
| | Автовыключение | 30 мин | |
| | Источник питания | 9 В (тип «Крона») | |
| | Срок службы батареи | 85 ч | |
| | Условия эксплуатации | Температура: 0 °C...50 °C; отн. влажность: не более 90 % | |
| | Габаритные размеры | 54 x 240 x 34 мм | |
| | Масса | 220 г | |
| | Комплект поставки | Батарея (1), руководство по эксплуатации | |
| Опции | Стандарт влажности: 33 %; 75 %. | | |